

乾燥設備（烘箱）定期檢查表

檢查日期： 年 月 日

| | | | |
|-------|--|-------|-------------|
| 單位名稱 | | 實驗室名稱 | |
| 實驗室編號 | | 檢查週期 | 每年 10 月定期檢查 |

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
|----|---|---------|------|------|
| 1 | 箱體外部及內部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。 | 目視確認 | | |
| 2 | 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。 | 目視及儀器確認 | | |
| 3 | 有無依操作程序操作。 | 目視確認 | | |
| 4 | 使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。 | 目視確認 | | |
| 5 | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。 | 目視確認 | | |
| 6 | 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。 | 目視及儀器確認 | | |
| 7 | 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。 | 目視確認 | | |
| 8 | 備有隔熱手套、耐熱圍裙等個人防護器具，並正確使用。 | 目視確認 | | |
| 9 | 張貼危害警告標示。 | 目視確認 | | |
| 10 | 設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 | 目視確認 | | |
| 備註 | 1. 檢查結果:正常√，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× 2. 本自動檢查表請於 <u>每年 10 月</u> 完成檢查，請保存三年備查。 3. 依據法令:職業安全衛生管理辦法第 27 條。 | | | |

檢查人員簽章：

實驗場所負責人簽章：